

# OdaLog Logger L2



**App-Tek**  
INTERNATIONAL PTY LTD



[www.exoxtox.nl](http://www.exoxtox.nl)

De OdaLog Logger L2 is speciaal ontworpen voor de afvalwater industrie. Het heeft een robuust ontwerp en een verbeterde batterijduur, tot wel 12 maanden.

Het doel is om het niveau van H<sub>2</sub>S te detecteren en te loggen. Vervolgens kan dit in een tabel of grafiek worden weergegeven om zo de verschillen in het niveau van H<sub>2</sub>S over de tijd te monitoren.

Vanwege de aard van de omgevingen waarin het instrument nodig is, is het ontwerp klein, robuust, waterbestendig en in staat om voor een lange periode gegevens vast te leggen.

In het kort:

- Verbeterd geheugen tot wel 42.000 datapunten
- Groot alpha-numerisch display
- Groot geheugen voor 3 maanden logdata.
- Filter beschermt de sensor tegen water.
- Infrarood datalink, eenvoudig bij downloaden en kalibreren.
- Automatische kalibratie. Voert makkelijk "span checks" uit op locatie.
- Roestvrij stalen bevestigingshaak.
- Duurzame niet-corrosieve behuizing weerstaat afvalwater.

# OdaLog



## Specificaties



<b>Afmetingen</b>	H x Dia: 196 mm x 62 mm
<b>Gewicht</b>	420 gram
<b>Relatieve vochtigheid</b>	15 tot 90% niet condenserende relatieve vochtigheid
<b>Temperatuur</b>	-10°C tot +40°C
<b>Batterij</b>	Vervangbare C-formaat Lithium batterij
<b>Batterijduur</b>	Langer dan 8 maanden (voor lithium batterij)
<b>Geheugencapaciteit</b>	42.000 metingen
<b>Logging interval</b>	Instelbaar van 1 seconde tot 1 uur - Gedurende 6 maanden 5 min interval of - Gedurende 29 dagen 1 minuut interval of
<b>Certificaten</b>	IEC Ex ITA 08.0010 Ex ia IIC T4 IP 66/68 Ⓜ Nemko 08 ATEX 1270 Ex ia IIC T4 IP66/68 II 2 G
<b>Onderhoud</b>	Wij adviseren dat de OdaLog ten minste eenmaal per drie maanden wordt teruggebracht naar Ex-Ox-Tox voor volledige inspectie, software upgrades, kalibratie, tests voor lineariteit en het voorzien van nieuwe batterijen.
<b>Garantie</b>	12 maanden bij gebruik volgens handleiding (met uitzondering van kalibratie kosten)

Ex-Ox-Tox  
Westerdreef 5V  
2152 CS Nieuw-Vennep  
Telefoon.: 0252 620 885  
Email: [info@exoxtox.nl](mailto:info@exoxtox.nl)  
Home page:  
[www.exoxtox.nl](http://www.exoxtox.nl)

Laatst bijgewerkt: januari 2012  
Locatie: S:/ExOxTox/Datasheets/OdaLog  
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie genoemd in dit informatieblad

**- De onafhankelijke VISIE op levering en onderhoud van uw gasdetectie -**